

記

ヒヤリハットの具体例：

- ・ 古い液体シンチレーションカウンターの密封線源を知らずに廃棄した。
その対策は？
- ・ 古い機器から発煙、あわや火災になるところであった。
どのように対応したか？ 新しいものに更新した。
- ・ 月曜日に出勤したら、水道の蛇口を完全に閉め忘れたために貯留槽がオーバーフロー寸前であった。
いかに注意を促したか？
- ・ アイソトープマークが消えていない箱を一般ゴミに捨てて、大騒ぎになった。
(知恵)アイソトープマークは、銀色のスプレーを掛けるのが簡単で確実。

(添付表) 「**2009 シンポ**」ヒヤリハット事例

項目	ヒヤリハット ・ 知恵袋 ・ その他(質問、苦言など)
題名	
内容 ヒヤリハット 例 対策 知恵袋 その他	(長くお書きいただいてもかまいません。)
発表形式 ○ で囲む。	匿名希望・コメンテーターとして自ら発表 ・ 求められれば会場で発言しても良い ・ その他()
氏名・連絡先 (差し支えない範囲で記入 して下さい)	氏名 (ふりがな) _____ (_____) 施設名 _____ 住所 〒 _____ _____ 電話 _____ FAX _____ E-メールアドレス _____